



Nitrite HR PP

M273

2 - 250 mg/L NO₂⁻

Ferrous Sulfate Method

Informations spécifiques à l'instrument

Le test peut être effectué sur les appareils suivants. De plus, la cuvette requise et la plage d'absorption du photomètre sont indiquées.

Appareils	Cuvette	λ	Gamme de mesure
MD 600, MD 610, MD 640	ø 24 mm	560 nm	2 - 250 mg/L NO ₂ ⁻
SpectroDirect, XD 7000, XD 7500	ø 24 mm	585 nm	2 - 250 mg/L NO ₂ ⁻

Matériel

Matériel requis (partiellement optionnel):

Réactifs	Pack contenant	Code
VARIO Nitri NT-2 F10	Poudre / 100 Pièces	530280

Liste d'applications

- Eau de refroidissement
- Eau de chaudière






Réalisation de la quantification Nitrite HR avec sachet de poudre


Sélectionnez la méthode sur l'appareil.




Rempissez une cuvette de 24 mm de **10 mL d'échantillon**.




Fermez la(les) cuvette(s).




Placez la **cuvette réservée à l'échantillon** dans la chambre de mesure. Attention à la positionner correctement.




Appuyez sur la touche **ZERO**.




Retirez la cuvette de la chambre de mesure.




Ajoutez un **sachet de poudre VARIO NITRI NT-2 F10**.




Fermez la(les) cuvette(s).




Retourner plusieurs fois pour mélanger le contenu (20 sec.) .



Placez la **cuvette réservée à l'échantillon** dans la chambre de mesure. Attention à la positionner correctement.




Appuyez sur la touche
TEST (XD: **START**).



Attendez la fin du **temps de
réaction de 10 minute(s)** .

À l'issue du temps de réaction, la mesure est effectuée automatiquement.

Le résultat s'affiche à l'écran en mg/L NO_2^- .



Analyses

Le tableau suivant identifie les valeurs de sortie qui peuvent être converties en d'autres formes de citation.

Unité	Formes de citation	Facteur de conversion
mg/l	N	1
mg/l	NO ₂	3.2846

Méthode chimique

Ferrous Sulfate Method

Fonction de calibrage pour les photomètres de tiers

Conc. = a + b•Abs + c•Abs² + d•Abs³ + e•Abs⁴ + f•Abs⁵

	ø 24 mm	□ 10 mm
a	1.9063 • 10 ⁰	1.9063 • 10 ⁰
b	1.4494 • 10 ⁺²	3.1162 • 10 ⁺²
c		
d		
e		
f		

Méthode Validation

Limite de détection	1 mg/L
Limite de détermination	3 mg/L
Fin de la gamme de mesure	250 mg/L
Sensibilité	145 mg/L / Abs
Intervalle de confiance	4.7 mg/L
Déviatoin standard	2.0 mg/L
Coefficient de variation	1.55%