Chlorure T M93

5 - 250 mg/L Cl^- [i] CL-2

Nitrate d’argent/turbidité

Informations spécifiques à l'instrument

Le test peut être effectué sur les appareils suivants. De plus, la cuvette requise et la plage d'absorption du photomètre sont indiquées.

Appareils	Cuvette	λ	Gamme de mesure
MD 100	ø 24 mm	530 nm	5 - 250 mg/L Cl^- [i]

Matériel

Matériel requis (partiellement optionnel):

Réactifs	Pack contenant	Code
Chlorure T1	Pastilles / 100	515910BT
Chlorure T1	Pastilles / 250	515911BT
Chlorure T2	Pastilles / 100	515920BT
Chlorure T2	Pastilles / 250	515921BT
Kit chlorure T1/T2 [#]	100 chacun	517741BT
Kit chlorure T1/T2 [#]	250 chacun	517742BT

Liste d'applications

- Traitement des eaux usées
- Eau de refroidissement
- Traitement de l’eau potable
- Traitement de l’eau brute
- Galvanisation

Réalisation de la quantification Chlorure avec pastille

Sélectionnez la méthode sur l'appareil.



Versez **1 mL d'échantillon** dans la cuvette.

Remplissez la cuvette jusqu'au **repère de 10 mL** en y versant l'**eau déminéralisée**.



Fermez la(les) cuvette(s).



Placez la **cuvette réservée à l'échantillon** dans la chambre de mesure. Attention à la positionner correctement.



Appuyez sur la touche **ZERO**.



Ajoutez une **pastille de CHLORIDE T1**.



Écrasez et dissolvez la(les) pastille(s) en la(les) tournant un peu.



Ajoutez une **pastille de CHLORIDE T2**.



Écrasez la(les) pastille(s) en la(les) tournant un peu.



Fermez la(les) cuvette(s).



Dissolvez la(les) pastille(s) en mettant le tube plusieurs fois à l'envers.



Placez la **cuvette réservée à l'échantillon** dans la chambre de mesure. Attention à la positionner correctement.



Attendez la fin du **temps de réaction de 2 minute(s)** .



Appuyez sur la touche **TEST** (XD: **START**).

Le résultat s'affiche à l'écran en mg/L chlorure.

Méthode chimique

Nitrate d’argent/turbidité

[1] Gamme haute par dilution | [2] # agitateur inclus