



Ammonium LR TT

M65

0.02 - 2.5 mg/L N

Salicylate

Informations spécifiques à l'instrument

Le test peut être effectué sur les appareils suivants. De plus, la cuvette requise et la plage d'absorption du photomètre sont indiquées.

Appareils	Cuvette	λ	Gamme de mesure
MD 600, MD 610, MD 640, MultiDirect	ø 16 mm	660 nm	0.02 - 2.5 mg/L N
SpectroDirect, XD 7000, XD 7500	ø 16 mm	655 nm	0.02 - 2.5 mg/L N

Matériel

Matériel requis (partiellement optionnel):

Réactifs	Pack contenant	Code
VARIO am Vial, test à réactif, kit Low Range F5	1 Kit	535600


Liste d'applications

- Traitement des eaux usées
- Traitement de l'eau potable
- Traitement de l'eau brute

Préparation


1. Avant l'analyse, les eaux fortement alcalines ou acides devraient être ajustées sur un pH d'env. 7 (avec 1 mol/l d'acide chlorhydrique ou 1 mol/l de soude caustique).






Réalisation de la quantification Ammonium LR avec test à cuve Vario


Sélectionnez la méthode sur l'appareil.




Préparer deux cuvettes **Ammonium Diluent Reagent LR**. L'une des deux cuvettes sera la cuvette du blanc. Étiquetez-la.




Versez **2 mL d'eau déminéralisée** dans la cuvette du blanc.




Versez **2 mL d'échantillon** dans la cuvette réservée à l'échantillon.




Dans chaque cuvette, versez un sachet de poudre **Vario AMMONIA Salicylate F5**.




Dans chaque cuvette, versez un sachet de poudre **Vario AMMONIA Cyanurate F5**.




Fermez la(les) cuvette(s).




Dissolvez le contenu en agitant.




Appuyez sur la touche **ENTER**.




Attendez la fin du **temps de réaction de 20 minute(s)**.




Placez la **cuvette du blanc** dans la chambre de mesure. Attention à la positionner correctement.




Appuyez sur la touche **ZERO**.



Retirez la **cuvette** de la chambre de mesure.




Placez la **cuvette réservée à l'échantillon** dans la chambre de mesure. Attention à la positionner correctement.



Appuyez sur la touche **TEST (XD: START)**.

Le résultat s'affiche à l'écran en mg/L ammonium.



Analyses

Le tableau suivant identifie les valeurs de sortie qui peuvent être converties en d'autres formes de citation.

Unité	Formes de citation	Facteur de conversion
mg/l	N	1
mg/l	NH ₄	1.29
mg/l	NH ₃	1.22

Méthode chimique

Salicylate

Appendice

Fonction de calibrage pour les photomètres de tiers

$$\text{Conc.} = a + b \cdot \text{Abs} + c \cdot \text{Abs}^2 + d \cdot \text{Abs}^3 + e \cdot \text{Abs}^4 + f \cdot \text{Abs}^5$$

ø 16 mm	
a	$-1.54654 \cdot 10^{-1}$
b	$1.45561 \cdot 10^{+0}$
c	
d	
e	
f	

Interférences

Interférences exclues

- Le fer perturbe la quantification et peut être éliminé comme suit : Quantifiez la concentration de fer total et pour réaliser la cuvette du blanc, remplacez l'eau distillée par un étalon de fer des concentrations déterminées.



Méthode Validation

Limite de détection	0.01 mg/L
Limite de détermination	0.04 mg/L
Fin de la gamme de mesure	2.5 mg/L
Sensibilité	1.49 mg/L / Abs
Intervalle de confiance	0.061 mg/L
Déviatiion standard	0.025 mg/L
Coefficient de variation	2.02 %

Dérivé de

DIN 38406-E5-1

EN 7150-1